

アデノウイルスキット
「**イムノエースアデノ**」製品改良及び仕様変更のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、この度「**イムノエースアデノ**」の最終判定時間を8分から**5分**へ製品改良しましたのでお知らせ致します。

また、10テスト包装、30テスト包装、30テスト(輸送用スワブ付)包装、テストプレート10テスト包装の4製品は裏面の通り仕様変更しております。

今回の改良によるカタログ番号・JANコード・価格・有効期間の変更はございません。

今後とも、お客様のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


謹白

記

下記のLot番号より変更致します。

製品コード・製品名	Lot番号	出荷予定時期
IAAD0350 イムノエース アデノ 10テスト	IA108DT2008	2018年5月下旬
IAAD0340 イムノエース アデノ 30テスト	IA308DT2005	2018年6月上旬
IAAD0360 イムノエース アデノ 30テスト (輸送用スワブ付)	TA308DT2004	2018年6月上旬
IAAD0325 イムノエース アデノ テストプレート 10テスト	IAPA8DT2005	2018年6月上旬

※流通事情により若干の差異が生じる場合がございます。ご了承下さいますようお願い致します。
製品には、以下の「お知らせ」用紙を同梱しております。



以上

アデノウイルスキット
「**イムノース アデノ**」仕様変更一覧

旧タイプ	仕様	新タイプ
	【テストプレート】	
 <p>専用紙</p>	【操作ガイド】	 <p>30テスト包装 及び 30テスト(輸送用スワブ付)包装 → ← 10テスト包装 化粧箱のフタ(内側)の部分への印刷</p>
 <p>W242mm X D88mm X H69mm</p>	【化粧箱】 ※ 10テスト包装	 <p>サイズ変更なし</p>
 <p>W223mm X D187mm X H93mm</p>	30テスト包装	 <p>サイズ変更なし</p>
 <p>W223mm X D187mm X H93mm</p>	30テスト (輸送用スワブ付) 包装	 <p>サイズ変更なし</p>
 <p>W125mm X D70mm X H45mm</p>	テストプレート 10テスト包装	 <p>サイズ変更なし</p>

※ 化粧箱のサイズ変更・C/S(元箱)入り数の変更はありません。

10テスト包装：30箱、30テスト包装・30テスト(輸送用スワブ付)包装：12箱、テストプレート包装：設定なし